仕　様　書

仕様書番号：018

部署・部屋名	産婦人科
調達機器名	超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
調達数量	１式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾌﾟﾛｰﾌﾞ　　１本

１－２　取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾌﾟﾛｰﾌﾞは､以下の要件を満たすこと

・電子ｺﾝﾍﾞｯｸｽ走査方式の機能を有していること

・周波数が3.5MHz、5.0MHZ、7.5MHz、およびTHI方式の6.8MHz、7.4MHzの5周波の切替が可能であること

・視野角が最大79°で、視野角度は任意の角度に自由に変更可能であること

・診断視野深度は、最大30cmの機能を有していること